

COPEL - Licitações

De: Arthur Almeida <arthur@gaswide.com>
Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 14:37
Para: COPEL - Licitações
Cc: 'Vitor Martins - Gaswide Comércio Importação e Exportação Ltda'
Assunto: RES: Confirmação quanto à capacidade do cilindro de oxigênio de 5L

Boa tarde, Suzana.

Espero que esteja tudo bem.

Verifiquei que não recebi seu e-mail ontem, possivelmente devido ao fato de o meu nome ter sido digitado com a inicial em letra maiúscula, o que pode ter ocasionado algum erro no recebimento.

Aproveito para confirmar que os cilindros em questão são de alumínio com capacidade volumétrica de 4,6 litros, conforme as normas internacionais DOT-3AL, as quais estão em conformidade com a norma técnica brasileira NBR 13183:2020.

Essa especificação é comumente referida no mercado como “cilindro de 5 litros”, embora a capacidade real seja de 4,6 litros.

Permaneço à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,



Arthur Almeida

55 21 2260-8724

 55 21 99531-4658

gaswide.com

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 13:37
Para: arthur@gaswide.com
Assunto: RES: Confirmação quanto à capacidade do cilindro de oxigênio de 5L

Caro Arthur, boa tarde.

Seria possível um retorno quanto ao e-mail abaixo? Essa confirmação é de extrema importância para o prosseguimento da licitação que o Senado Federal está realizando.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes
Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

ال Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações

Enviada em: terça-feira, 8 de julho de 2025 11:04

Para: 'Arthur@gaswide.com' <Arthur@gaswide.com>

Assunto: Confirmação quanto à capacidade do cilindro de oxigênio de 5L

Prezados Arthur, bom dia.

Conforme nosso contato prévio, me chamo Suzana e sou Pregoeira do Senado Federal.

Estou conduzindo uma licitação para aquisição de equipamentos de Saúde para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal e um dos itens a ser adquirido é o **CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 5L**.

Uma das empresas classificadas informou que o cilindro de 5L possui capacidade real de 4.6L e eu preciso confirmar se essa informação procede, razão pela qual estou realizando diligências junto a alguns fabricantes do setor.

Conforme nosso contato telefônico, você informou que, de fato, a capacidade hidráulica do cilindro de 5L é de 4.6L, então envio este e-mail para esclarecimento e formalização da consulta previamente realizada.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

ال Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036


licita@senado.leg.br



15:42



Comercial - Hospicenter



Luana Cristina:

Boa tarde!! Tudo bem ??
Como posso te ajudar?

15:38

Boa tarde. Gostaria de saber
sobre a real capacidade dele, se
é 5 litros mesmo ou 4,5 litros?

15:38 ✓✓

Luana Cristina:

a capacidade real é de 4,6 litros!

15:41

Ótimo. Obrigado.

15:42 ✓✓



COPEL - Licitações

De: COPEL - Licitações
Enviado em: sexta-feira, 11 de julho de 2025 15:30
Para: 'licitacao@hospicenter.com'
Cc: Shairlon Luca dos Santos
Assunto: RES: Consulta quanto à capacidade do cilindro de oxigênio de 5L - Pregão Eletrônico Senado Federal

Caro Rui, boa tarde.

Seria possível um retorno quanto ao e-mail abaixo? Essa confirmação é de extrema importância para o prosseguimento da licitação que o Senado Federal está realizando.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações
Enviada em: sexta-feira, 11 de julho de 2025 10:01
Para: 'licitacao@hospicenter.com' <licitacao@hospicenter.com>
Cc: Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>
Assunto: Consulta quanto à capacidade do cilindro de oxigênio de 5L - Pregão Eletrônico Senado Federal

Prezado Rui, bom dia

Me chamo Suzana e sou Pregoeira do Senado Federal.

Fiz contato telefônico ontem com a Juliana e expliquei a ela a situação: estou conduzindo uma licitação para aquisição de equipamentos de Saúde para o Serviço Médico de Emergência do Senado Federal e um dos itens a ser adquirido é o **CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 5L**.

Uma das empresas classificadas informou que o cilindro de 5L possui capacidade real de 4.6L e eu preciso confirmar essa informação, dado que as propostas devem estar em conformidade com o Edital. Por razão, e de modo a não promover uma desclassificação baseada na má especificação do item, estou realizando diligências sobre a questão junto a algumas empresas e fabricantes do setor.

Ante o exposto, realizo a presente consulta, solicitando sua gentileza e colaboração em esclarecer o tema.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

ال Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014

