

RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS



Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>

Para COPEL - Licitações

Cc Maria Lúcia de Farias; Maria Caetano Vajda

Você respondeu esta mensagem em 29/07/2025 10:55.

Prezada Pregoeira,

Encaminho as respostas aos recursos registrados no sistema compras.gov.br pelas empresas **EQUIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** e **STOKMED HOSPITALAR**, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90075/2025.

A **EQUIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** questionou as especificações dos itens 1, 4, 5, 8 e 9.

A **STOKMED HOSPITALAR** questionou as especificações do item 10.

ITEM DO EDITAL	RECURSO APRESENTADO	RESPOSTA AO RECURSO
ITEM 1 - OTO-OFTALMOSCÓPIO	Conforme o catálogo apresentado, o equipamento não possui regulador de intensidade de luz e não apresenta luz LED para o oftalmoscópio.	<ul style="list-style-type: none">No Compras.Gov do Pregão Eletrônico há o anexo do documento Proposta no qual a empresa declara obedecer as especificações do edital, porém no catálogo observa-se que o aparelho não cumpre com as especificações de regulador de luz e não apresenta luz LED para o oftalmoscópio.
ITEM 4 - OXÍMETRO DIGITAL	Conforme catalogo apresentado, o modelo ofertado pela arrematante, não possui mesa de carregamento.	<ul style="list-style-type: none">No Compras.Gov do Pregão Eletrônico há o anexo do documento Proposta no qual a empresa declara obedecer as especificações do edital, porém no catálogo observa-se que o aparelho não apresenta mesa de carregamento da bateria, sendo fornecido o carregamento elétrico por meio de fio lateral.Porém para reforço, em 19/07/2025 foi enviado e-mail para a empresa vencedora (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) solicitado novamente documentação que esclareça a falta do item.Porém até o momento sem respostas.

Responder Responder a Todos