

## COPEL - Licitações

---

**De:** Shairlon Luca dos Santos  
**Enviado em:** quarta-feira, 30 de julho de 2025 19:00  
**Para:** COPEL - Licitações  
**Assunto:** RE: RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS

Prezada Pregoeira.

Até o momento ainda não obtive retorno da empresa vencedora do item 5 - Estetoscópio ao e-mail enviado em 27/07/2025, porém conforme diligências encontrei em site da Anvisa Manual de instruções do equipamento da mesma marca que não possui a especificação do edital (auscultador de aço), conforme e-mail anteriormente enviado.

Sobre o dispositivo feedback eu enviei neste momento outro e-mail para a empresa vencedora do item Desfibrilador Externo Automático solicitando esclarecimentos das questões apontadas no e-mail recebido da COPEL-SENADO.

Atenciosamente,

**SHAIRLON LUCA DOS SANTOS**

Analista Legislativo - Enfermagem

SEMEDE

🏛️ Senado Federal | COASAS | SEMEDE

Telefone: +55 (61) 3303-5153



---

**De:** COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 30 de julho de 2025 11:56  
**Para:** Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>  
**Assunto:** RES: RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS

Caro Shairlon, bom dia.

Diante das diligências realizadas, podemos, então, considerar que o item 5 não cumpre com as especificações do edital, haja vista o “auscultador ser de liga de zinco e não de aço inox”?

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

**Suzana Martins Mendes**

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

🏛️ Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



---

**De:** Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>

**Enviada em:** terça-feira, 29 de julho de 2025 18:00

**Para:** COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

**Cc:** Maria Lúcia de Farias <maria.lucia.farias@senado.leg.br>; Maria Caetano Vajda <MARIASC@senado.leg.br>

**Assunto:** RE: RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS

Olá, boa tarde!

Sobre o item 5 - estetoscópio: a empresa vencedora ainda não respondeu ao e-mail enviado em 27/07/2025 e nem ligações por celular particular nada data de 29/07/2025.

Porém pelo chat do Compras.Gov ela esclarece as dúvidas que após foram questionadas pelo recurso ofertado pela empresa concorrente, em anexo envio print da mensagem do chat.

Também pesquisei documentos emitidos pelo fabricante ou outra empresa fornecedora do mesmo produto e encontrei um documento de Notificação do produto na Anvisa e neste documento Manual de Instruções do Estetoscópio da mesma marca ele descreve que o aparelho tem olivas de silicone, diafragma duplo, **porém seu auscultador é de liga de zinco e não de aço inox** como pede no edital.

Em anexo, print do chat do Compras.gov e do Manual de Instruções do Estetoscópio.