

RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS



Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>

Para COPEL - Licitações

Cc Maria Lúcia de Farias; Maria Caetano Vajda

Você respondeu esta mensagem em 29/07/2025 10:55.

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

dom 27/07/2025 19:11

ITEM 9 - BOMBA DE INFUSÃO	Segundo o manual de instruções, o modelo ofertado não é compatível com equipo de bomba universal.	- No Compras.Gov do Pregão Eletrônico há o anexo do documento Proposta no qual a empresa declara obedecer todos os requisitos do edital, sendo assim, cabe entender que a empresa confirma por meio desta documentação que cumpre todas especificações do edital. - Porém para reforço, em 23/07/2025 recebemos e-mail da empresa vencedora (MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA) na qual apresenta documento Contrarrazões no qual confirma que o modelo ofertado é compatível com equipo de bomba universal o que foi questionado é que a bomba de infusão é calibrada com o conjunto de infusão fabricado pela Shinva Ande Healthcare Apparatus Co., Ltd., porém se necessitar de utilizar outros tipos de conjuntos de infusão, deve-se consultar o manual do fabricante para obter os parâmetros e a calibração referente ao conjunto de infusão que será usado, mostrando que o conjunto de infusão escolhido independe e só se faz necessário obter parâmetros e calibração diferente do que seria usado pelo conjunto de infusão testado pelo fabricante. Além desse descritivo, o catálogo, apresenta a informação de que a bomba de infusão é compatível com conjunto de infusão universal.
---------------------------	---	---