

COPEL - Licitações

De: Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 22:34
Para: COPEL - Licitações
Assunto: RE: DEFINIÇÃO ITEM 1 - OTO – OFTALMOSCÓPIO E ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO ITENS 1, 4, 5 e 10.

Prezada pregoeira, boa noite!

O edital descreve as especificações técnicas do **item 01: aparelho otoscópio e oftalmoscópio**, pois existem aparelhos que utilizam o mesmo cabo/suporte apenas trocando/revezando as cabeças do otoscópio e oftalmoscópio, porém também há aparelhos que possuem cabos/suportes próprios não sendo possível a troca/revezamento de cabeças do otoscópio para o oftalmoscópio.

Sendo assim, não foi descrito no edital qual a versão solicitada, pois as duas versões existentes atendem as descrições técnicas do edital, pois o que é essencial é que as versões realizem as funções de otoscópio e oftalmoscópio seja por meio de revezamento das cabeças em apenas um cabo/suporte ou seja por cabo próprio para cada cabeça. Para corroborar foi consultado os Gestores e Corpo Clínico Médico da Semed/Senado Federal, sendo favoráveis em relação às duas versões do aparelho.

Encaminho print de otoscópio e oftalmoscópio que compartilham o mesmo cabo e equipamento completo que utilizam seus cabos próprios.

Email – Shairlon Luca dos Sa... x | Chat | Suzana Martins Mend... x | Compr...

produto.mercadolivre.com.br/MLB-903305414-kit-otoscopio-ofta...

Saúde > Equipamento Médico > Controle e Medição



Email – Shairlon Luca dos Santos x | Chat | Suzana Martins Mendonça x | Comprar

sinetecirurgica.com.br/oftalmoscopio-veterinario-gowllands-390

Produtos originais e com garantia +25 anos no mercado

CirúrgicaSinete

O que você procura?

Curativos Ostomia Descartáveis Diabetes O

Peça hoje e receba em até **24 HORAS**

Home > Especialidades > Oftalmologia > Oftalmoscopia



Atenciosamente,
SHAIRLON LUCA DOS SANTOS
Analista Legislativo - Enfermagem
SEMEDE



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 18:02

Para: Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>

Assunto: DEFINIÇÃO ITEM 1 - OTO – OFTALMOSCÓPIO E ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO ITENS 1, 4, 5 e 10.

Caro Shairlon, boa tarde.

Conforme lhe informei mais cedo via Teams, hoje, durante a sessão pública do PE nº 90075/2025 surgiram informações prestadas pela licitante convocada para envio de documentação para o **item 1 - OTO – OFTALMOSCÓPIO**, nos seguintes termos:

“Não tem um material que realize as duas funções”

“São dois materiais, (...) ou melhor, dois aparelhos diferentes, cada um com a sua função”.

De fato, são aparelhos distintos, com funções distintas. No entanto, alguns funcionam por meio de um aparelho único, ou seja: um único cabo, onde, por meio de encaixe, se alternam apenas as “cabeças” (do otoscópio e do oftalmoscópio), a depender da necessidade de uso. E outros funcionam por meio de aparelhos distintos, com sua estrutura de cabo e cabeça completa, cada qual realizando a sua função.

O edital não deixa claro qual das duas "versões" se pretende adquirir, então consultei a pesquisa de preços e observei que as duas foram utilizadas para obtenção do valor estimado do item. Sendo assim, e considerando que o edital precisa ser interpretado de forma objetiva e garantir a competitividade e a eficiência do certame, **entendo que devemos aceitar o produto em suas duas “versões”**, ou seja: aparelhos compostos por um único cabo (e cabeças distintas) e aparelhos distintos, fornecidos em separado, cada qual com sua estrutura completa (cabo e cabeça).

Diante do impasse, suspendi a sessão e **agendei a reabertura para amanhã, 14/08, às 9h**, de forma que preciso de um retorno sobre essa questão até lá.

Informo, ainda, que estou no aguardo da análise da documentação enviada via Teams, para os itens 1, 4, 5 e 10, sem a qual não posso dar prosseguimento à sessão.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014

