

COPEL - Licitações

De: COPEL - Licitações
Enviado em: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 09:53
Para: 'Shairlon Luca dos Santos'
Assunto: RES: Relatório de Avaliação de Documentação para Licitação - equipamentos de saúde - oto-ofthalmoscópio.
Anexos: 3.1 DECLARAÇÃO LED E ESPÉCULOS.pdf

Caro Shairlon, bom dia!

Informo que os questionamentos foram realizados à empresa durante a sessão pública que estou conduzindo neste momento. A empresa se manifestou no seguinte sentido:

-  estaremos ofertando lâmpada LED, tanto para o otoscópio e para o oftalmoscópio
-  ofertaremos os espéculos do otoscópio nos tamanhos solicitados em edital
-  Agradeço, Sr. Licitante. Nesse caso, farei a convocação de envio de anexo para que a empresa envie proposta atualizada

Ademais, quando convocada, enviou a Declaração que encaminho anexada a este e-mail, ratificando seu compromisso em fornecer os produtos nas versões com lâmpada LED, além dos espéculos nos tamanhos requeridos pelo edital.

Ante o exposto, considero sanada a questão e farei a habilitação da empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES para o item 1.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
II Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: Shairlon Luca dos Santos <shairlon.santos@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 17:24
Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Assunto: Relatório de Avaliação de Documentação para Licitação - equipamentos de saúde - oto-ofthalmoscópio.

Prezada Pregoeira.

Após análise das documentações apresentadas no **PE 90075-2025**, encaminho abaixo o parecer da análise das documentações da proposta para o **item 1 - OTO-OFTALMOSCÓPIO**:

PARECER DA ANÁLISE DA PROPOSTA ITEM 01

REFERÊNCIA: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90075/2025.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Modalidade Licitatória	Pregão Eletrônico 90075/2025
Objeto da Licitação	Aquisição de equipamentos de saúde para o Senado Federal. 1 - OTO-OFTALMOSCÓPIO 2 - LANTERNA CLÍNICA 3 - BOLSA TRANSPORTE 4 - OXÍMETRO DIGITAL 5 - ESTETOSCÓPIO 6 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PADRÃO 7 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO 8 - CILINDRO GÁS OXIGENIO 9 - BOMBA DE INFUSÃO 10 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 11 - CÂMARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS
Objetivo do Relatório	Análise das documentações das propostas recebidas.

Este relatório tem como objetivo analisar a documentação apresentada pela empresa licitante **Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.**, comparando as especificações técnicas constantes no edital com as características declaradas no Catálogo Oftalmoscópio e Otoscópio marca/Fabricante DOCTO DEVICES e Modelo/Versão BR-400-103 + BR-200-104).

Relatório de Avaliação de Documentação para Licitação

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo avaliar a conformidade da documentação apresentada em PDF referente aos itens solicitados na licitação, verificando se atendem às especificações técnicas e requisitos estabelecidos.

2. Descrição do Edital.

OTOSCÓPIO- Realização de exames do ouvido externo. Cabeça de otoscópio com lente e lâmpada convencional de LED. Acompanha jogo de espéculos reutilizáveis (quantidade mínima: 04 nos tamanhos (2,5mm, 3mm, 4mm e 5 mm) para uso adulto.

OFTALMOSCÓPIO Aplicação: Exames oftalmológicos e para exames gerais não invasivos. Uso adulto, Cabeça de oftalmoscópio: disco com mínimo de 19 lentes com lâmpada convencional de LED. Cabo antiderrapante em metal ou termoplástico para alimentação energética de pilhas ou bateria recarregável em tensão alimentação 220v ou bivolt, regulador de intensidade de luz. e estojo para acondicionamento do aparelho. Garantia Mínima na data da entrega: 12 meses.

3. Itens Avaliados

3.1 OTOSCÓPIO

a) Cabo Antiderrapante em Metal ou termoplástico para Alimentação Energética de Pilhas ou Baterias Recarregáveis em tensão alimentação 220v ou bivolt:

- A documentação apresenta detalhes do cabo, evidenciando a presença de material antiderrapante em metal de aço inox.
- Apresenta alimentação energética por 2 baterias tipo C (pilhas).

b) Lente e lâmpada LED:

- O catálogo oferta a cabeça de otoscópio com sistema de iluminação LED OU XENON (no edital a lâmpada descrita é LED).
- Verificou-se que possui lente de ampliação 3x.
-

c) Regulador de Intensidade de Luz:

- O catálogo oferta o regulador de intensidade de luz.
-

d) Acompanha jogo de espéculos reutilizáveis (quantidade mínima: 04 nos tamanhos (2,5mm, 3mm, 4mm e 5 mm) para uso adulto.

- O catálogo oferta 5 espéculos (mas não descreve quais seus tamanhos, no edital solicita a quantidade mínima: 04 nos tamanhos (2,5mm, 3mm, 4mm e 5 mm)).
-

e) Estojo para acondicionamento do aparelho:

O catálogo oferta o estojo para armazenamento.

f) Garantia mínima de 12 meses:

- De acordo com o documento Proposta há declaração de que todos os produtos cotados possuem garantia de 12(doze) meses.
-

3.2 OFTALMOSCÓPIO

a) Cabeça de oftalmoscópio: disco com mínimo de 19 lentes:

A documentação apresenta a cabeça de oftalmoscópio com disco contendo no mínimo 19 lentes (-20D a +20D).

b) Lâmpada LED:

O catálogo oferta a cabeça de oftalmoscópio com sistema de iluminação LED OU XENON (no edital a lâmpada descrita é LED).

c) Cabo Antiderrapante em Metal ou termoplástico para Alimentação Energética de Pilhas ou Baterias Recarregáveis em tensão alimentação 220v ou bivolt:

- A documentação apresenta detalhes do cabo, evidenciando a presença de material antiderrapante em metal de aço inox recartilhado.
- Apresenta alimentação energética por 2 baterias tipo C (pilhas) ou bateria recarregável (as duas opções são aceitas pelo edital).
-

d) Regulador de Intensidade de Luz:

- O catálogo oferta o regulador de intensidade de luz.

e) Estojo para acondicionamento do aparelho:

O catálogo oferta o estojo para armazenamento.

f) Garantia mínima de 12 meses:

- De acordo com o documento Proposta há declaração de que todos os produtos cotados possuem garantia de 12(doze) meses.

4. CONCLUSÃO

Com base na documentação apresentada, o equipamento atende parcialmente às exigências do edital:

- **Atende:** Presença de otoscópio e oftalmoscópio, alimentação pilha ou bateria recarregável bivolt, cabeça de oftalmoscópio com 19 lentes e LED, cabeça do otoscópio com lente e LED, estojo para armazenamento, garantia mínima de 12 meses, cabo antiderrapante em metal, regulador de intensidade de luz.
- **Não atende:** espéculos (não cita os tamanhos ofertados) e Lâmpada LED (há 2 versões, é necessário definir a versão LED).
- **Dúvidas a serem questionadas à empresa:**
DÚVIDA 01: o catálogo oferta 5 espéculos, mas é preciso que haja descrições dos seus tamanhos para que cumpra com a descrições do Edital que são no mínimo 4 tamanhos (2,5mm, 3mm, 4mm e 5 mm).
DÚVIDA 02: O catálogo oferta os equipamentos nas versões com lâmpada Xenon e LED (é preciso que a empresa defina qual das 2 versões será ofertada, pois de acordo com o edital apenas cumpre se a versão for a LED.

Portanto, no momento a empresa cumpre parcialmente as descrições técnicas do edital, sendo necessário esclarecimentos de 2 itens para que a documentação ofertada cumpra integralmente as especificações do edital.

Atenciosamente,

SHAIRLON LUCA DOS SANTOS

Analista Legislativo - Enfermagem

SEMEDE

Senado Federal | COASAS | SEMEDE

Telefone: +55 (61) 3303-5153

